

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На камеру УФ-бактерицидную для хранения стерильных медицинских инструментов КБ- «Я»-ФП.

№	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)
1	Вес со столом передвижным	Не более 50 кг.	
2	Размеры аппарата Размеры аппарата со столом передвижным	В×Д×Ш Не более 430х960х600 мм Не более 1250х960х600 мм	
3	Камера УФ-бактерицидная КБ-«Я»-ФП имеет уникальную запатентованную конструкцию, гарантирующую максимальное использование излучения бактерицидной лампы путём выноса цоколей лампы за рабочий объём камеры. Это позволяет исключить возникновение "тени" УФ лампы.		
4	Питание	Сеть переменного тока напряжением 220 В ±10%, 50 Гц	
5	Потребляемая мощность	40 ВА	
6	Время непрерывной работы.	Не более 168 часов с перерывом на перестерилизацию.	
7	Условия эксплуатации	УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С°	
8	Облученность от источника УФ-излучения в геометрическом центре металлической полки для размещения инструментов на длине волны 253,7 нм	6 Вт/м ²	
9	Тип источника УФ излучения	Ртутная лампа низкого давления 30 W, с длиной волны 253,7 Нм.	
10	Элементы управления	Кнопка включения/выключения, кнопки настройки показания текущего времени, кнопка отображения наработки УФ-лампы.	
11	Цифровой дисплей.	Наличие	
12	Индикаторы	Красный «Подготовка инструмента к использованию»,	

		Зеленый «Инструмент к использованию готов»	
13	Защита персонала от УФ излучения.	Предупреждающий сигнал при открывании дверцы камеры, свето - теплозащитное стекло, перекрывающее зону УФ лампы при открытии дверцы и не пропускающее УФ излучение при работе.	
14	Выход на рабочий режим.	Не более 10 минут	
15	Решетки из нержавеющей стали	Наличие	
16	Допустимая нагрузка на решетку.	Не более 100 Н или 10 кг	
17	Класс потенциального риска применения	2а	
18	Электробезопасность	ГОСТ Р50267.0 класс I тип В	
19	Средний срок службы	5 лет	
20	Срок хранения	1 год	
21	Гарантийный срок	1 год	
22	Запасные части	Вставки плавкие 1А, 2 шт.	
23	Наличие упаковки для транспортировки	Наличие	
24	Наличие сервисной службы	г. Ярославль	
25	Наличие паспорта	на русском языке	